

荆楚理工学院实验室安全管理

工作简报

2025 年第 4 期

实验室与国有资产管理处

2026 年 1 月 30 日

工作动态：

1. 2025 年 11 月 12 日，根据“湖北省教育厅关于进一步做好校园安全风险隐患排查的通知”精神，结合“实验室安全文化月”活动安排，组织各学院开展了实验室安全隐患排查并提交了自查情况报告。
2. 2025 年 11 月 14 日及 11 月 21 日，参加新能源学院氢能综合实验室安全风险评估论证会，会议由新能源学院主持，华中科技大学等高校教授、氢能行业专家、科技处、基建处相关人员参会。
3. 2025 年 11 月 21 日，实资处联合保卫处开展了实验室管理队伍消防安全培训及演练活动，进一步提升学校实验室管理人员的安全责任意识和应急防护能力。



4. 2025 年 11 月 24 日，组织开展了 2024—2025 学年度大型仪器设备使用效益考核工作，共考核大型仪器设备 81 台。

5. 2025 年 11 月 30 日，组织开展危险化学品盘存统计工作，经统计，截至 11 月 30 日，学校危险化学品存量为 710Kg (L) 。
6. 2025 年 12 月 4 日，修订了《荆楚理工学院实验室安全事故应急预案》，进一步完善实验室突发事件预警和应急机制。
7. 2025 年 12 月 26 日，根据省发改委通知要求，将我校已获批复的“实验室重大科研设备购置项目”在国家重大项目库中报送了 2026 年第一批教育领域“两新”项目资金申请。
8. 2025 年 12 月 31 日，根据省教育厅“高校教学实验室安全工作提示”要求，实资处下发了“关于做好元旦节前及节日期间实验室安全工作的通知”，并于 1 月 5 日将自查情况报送至省教育厅高教处邮箱。
9. 2026 年 1 月 5 日，完成了 2025 年高等教育质量监测数据采集表中 7-10 本科实验场所和 7-13 本科实验设备情况表的统计上报工作。
10. 2026 年 1 月 7 日，在湖北省危险废物监管物联网系统提交了学校 2025 年实验室危险废弃物年报及 2026 年产废计划。
11. 2026 年 1 月 9 日，修订了仪器设备运行使用记录本，并向各学院、科研平台发放共 2720 本，进一步规范仪器设备的使用、维护维修过程记录，加强设备使用管理。
12. 2026 年 1 月 12 日，根据易制爆危化品管理需要，在荆门市公安局东宝区分局完成易制爆危化品使用单位备案手续，并在湖北省危险化学品管理信息系统登记备案，首次备案登记易制爆危化品共 24 种。
13. 2026 年 1 月 15 日，联系签约服务商湖北朴朴蓝环保科技有限公司到校转运实验室危险废弃物 1158.85kg。

14. 2026 年 1 月 16 日，发布了“关于做好 2025 年秋季学期期末及寒假实验室安全工作的通知”。

15. 2026 年 1 月 22 日至 23 日，组织开展了期末及寒假前实验室安全专项检查，按照“突出重点、全面覆盖”原则对学校各级各类教学科研实验室、科研平台等重点场所开展了全面安全隐患排查，并对寒假期间实验室安全工作进行了部署。相关安全自查情况已按照省教育厅通知要求于 1 月 27 日报送至高教处邮箱。



16. 2026 年 1 月 28 日，对学校实验室安全分级分类情况进行了统计更新。截至目前，我校共有实验室（房间） 412 间。其中安全分级情况： I 级实验室 3 间， II 级实验室 24 间， III 级实验室 66 间， IV 级实验室 319 间；分类情况：化学类实验室 100 间，生物类实验室 26 间，机电类实验室 152 间，其他类实验室 134 间。

安全检查及整改情况：

1. 实验室安全专项检查整改情况

11月上旬，根据“省教育厅关于进一步做好校园安全风险隐患排查的通知”精神，结合我校“实验室安全文化月”活动安排，组织各学院对各级各类教学科研实验室、危废中转站等重点场所开展了安全隐患排查，共发现隐患5项，截至11月12日，已全部完成整改。

序号	学院	实验室门牌号	存在隐患	整改措施	整改责任人	整改完成期限
1	化工与制药学院	化工实验楼A503	两瓶试剂标签缺失。油浴蒸馏设备运转无人值守	规范补全标签并加强试剂管理。加强设备设施运转必须严格值守，加强学院实验室日常巡检，发现问题立行立改。	张华新	已完成整改
2	化工与制药学院	化工实验楼B204-2	钢瓶未设置防倾倒装置、无气体状态卡	添加钢瓶固定槽，补全气瓶状态卡。	张华新	已完成整改
3	化工与制药学院	化工实验楼B211-2	真空干燥箱直接从墙壁电源插座取电，无空开及漏电保护器	检查所有干燥箱接电情况并补充安装空开，加强老师安全意识与规范管理。	张华新	已完成整改
4	化工与制药学院	化工实验楼B211-2	化学试剂摆放杂乱，无试剂清单，部分标签缺失	规范整理实验台面，使用完的试剂及时返回试剂柜；补充完善试剂清单，补齐试剂标签。加强实验室日常管理规范。	张华新	已完成整改
5	--	危险废弃物中转站	部分不明试剂及过期试剂未集中装箱存储，有渗漏等安全风险	按废固及废液分类装箱存储，并在底部设备防渗漏托盘。联系危废处置公司对该批废弃物纳入学期末处置计划。	刘欢	已完成整改

2. 2025 年秋季学期期末及寒假前实验室安全检查情况

本次检查共发现隐患 23 处，所有隐患均已制定整改措施，明确整改责任人及整改时限，确保隐患排查整改的闭环管理。其中 18 项已完成整改，其余主要涉及维修的项目各学院均已上报相关职能部门。具体情况如下：

附表：荆楚理工学院 2025 年秋季学期期末实验室安全隐患排查情况汇总表

序号	学院（平台）	实验室房间	存在隐患	整改措施	整改责任人	整改完成时限
1	化工与制药学院	化工实验楼 A212	实验台进水阀关不上	联系后勤维修人员更换水阀	卢鸣	已整改
2	化工与制药学院	化工实验楼 A202	通风管道漏水	联系维修人员拆除旧通风管道	卢鸣	已整改
3	化工与制药学院	化工实验楼 A212	玻璃外墙破损渗水严重	联系后勤相关部门修补外墙	卢鸣	已整改
4	化工与制药学院	化工实验楼 B203	水管冻裂破损	联系后勤维修人员更换水龙头	杨成雄	已整改
5	化工与制药学院	化工实验楼 B204	气瓶未固定放置	按要求固定放置	卢鸣	已整改
6	智能制造学院	极端条件材料实验室 G1202	水管冻裂破损	已联系后勤相关部门维修	郑琳	已整改
7	师范学院	老图书馆 603	房屋顶部 1 块石膏板脱落	已报后勤相关部门维修	康雄飞	2026. 3. 4
8	师范学院	四合院教师技能展示厅	部分座椅扶手脱落	已报后勤相关部门维修	康雄飞	2026. 3. 4
9	医学部	医学大楼 B 栋 5 楼	电线短路	已报后勤相关部门维修	夏鸿	已整改
10	医学部	医学大楼 A208、B604、B702、B705	玻璃破裂	已报后勤相关部门维修	夏鸿	2026. 3. 4
11	医学部	医学大楼 B309	瓷砖空鼓、破裂	已报后勤相关部门维修	夏鸿	2026. 3. 4
12	湖北省荆门医药工业技术研究院	医工院 B414、B415	通风橱内设备未及时清理；试剂标签填写不规范；试剂领用记录不全	对通风橱内及时清理；完善试剂标签信息；完善领用记录，强化台账管理	许方亮	已整改

13	湖北省荆门医药工业技术研究院	医工院 A201、A202、A203	实验室设备、器皿、管线摆放不整齐	及时清理整理，并按照实验室 5s 管理要求，加强实验室环境管理	黄焜	已整改
14	新能源学院	D2 二楼走廊	消防栓水管冻裂漏水	已报后勤相关部门维修	邹云峰	已整改
15	新能源学院	新能源材料与器件综合实验室 1 D1503	试剂柜无试剂库存清单	完善试剂使用清单	邹云峰	已整改
16	新能源学院	新能源材料与器件综合实验室 1 D1503	部分配置药品标签不完整，无配置人和配置时间	完善配置试剂标签，补齐相关信息	邹云峰	已整改
17	新能源学院	绿色印刷与智能包装科研实验室 G1108	危化品使用记录未装订成册	按要求装订成册	邹云峰	已整改
18	食品与生物学院	医 C406	试剂耗材库房盘存表记录不规范	完善耗材使用记录，打印耗材盘存表存档	宋敏艳	已整改
19	食品与生物学院	基因工程实验室 C303	中央台架上药品过多，部分配置药品标签无配置人和配置时间	清理实验台架；完善配置试剂标签，补齐相关信息	陆云梅	已整改
20	食品与生物学院	基因工程实验室医 C303	部分过期试剂未处理	假期妥善保存好相关试剂，开学后及时转移至学校危废中转站	陆云梅	2026. 3. 4
21	食品与生物学院	基因工程实验室 C303	废液桶下未放置防渗漏托盘	按要求配置防渗漏托盘	陆云梅	已整改
22	产业技术研究院	花卉种质资源评价实验室 307	药品柜清单和实际不符	及时更新药品试剂清单	范淑芳	已整改
23	产业技术研究院	花卉种质资源评价实验室 307	无药品试剂使用记录	完善使用记录	范淑芳	已整改