

荆楚理工学院实验室安全管理 工作简报

2023 年第 1 期

实验室与国有资产管理处

2023 年 3 月 31 日

工作动态：

- 1、2023 年 2 月 10 日，下发了“关于做好 2023 年春季学期开学实验室安全检查工作的通知”。
- 2、为进一步完善实验室安全工作制度建设，夯实安全工作基础，切实落实安全工作责任，结合教育部办公厅印发的《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号）文件精神，启动了对现有实验室安全制度的修订工作。
- 3、为进一步消除实验室安全隐患，确保新学期实验室教学、科研工作有序开展，保障广大师生人身安全和校园稳定，实资处于开学前两周（2 月 11 日至 22 日）组织开展了 2023 年春季学期开学实验室安全检查。



4、2月23日，完成了学校危险化学品服务供应商的采购工作。经公开招标，确定了荆门科大化工有限公司、武汉科普化学试剂有限公司为协议供应商，相关信息已在实资处网站进行公示。

5、3月2日，根据“省教育厅关于做好两会期间实验室安全工作的提示”通知精神，下发了关于做好“两会”期间实验室安全工作的通知，要求各二级学院以贯彻落实《高等学校实验室安全规范》为契机，广泛开展学习宣传，全面梳理学院现有实验室安全制度，做好修订工作，进一步完善学院实验室安全管理责任、管理制度、教育培训、安全准入、危化品管理等安全保障体系；同时做好前期安全隐患整改工作，确保两会期间校园安全稳定。

6、3月10日，组织召开了学校2023年度中央支持地方高校发展资金项目评审会，副校长曹甜东出席并主持会议。



7、对新医学大楼实验室信息进行统计汇总，制作并统一安装了实验室门牌及安全信息牌。

8、3月11日，王洪林处长带队赴黄冈参加湖北省高校实验室工作研讨会 2022 年会，教务处、通用航空学院相关同志共同参会。



9、3月29日，王洪林处长带队赴武汉参加 2023 年湖北省高校实验室安全论坛。



10、3月31日，向东宝区公安分局禁毒大队提交了荆楚理工学院易制毒化学品管理 2022 年报。

安全检查及整改情况：

1、2023 年春季学期开学实验室安全检查

本次检查成立了以副校长曹甜东为组长的专项检查组，制定了专项检查方案，采取二级学院自查和检查组集中检查的方式分阶段进行。重点从场所安全、消防安全、水电气安全、压力容器安全、危化品管理情况、安全设施及个人防护设备配置情况等方面开展了全面的安全隐患排查，确保实验室具备开展实验的安全条件。

在检查中共发现隐患 34 条，对各项安全隐患，检查组要求各学院要立行立改，明确整改责任人、整改要求和整改时限。同时实资处加强督促落实，形成闭环管理，确保安全的实验室教学科研环境。具体情况如下：

附表： 2023 年春季学期开学实验室安全检查情况汇总表（自查及集中检查）

序号	学院（部）	实验室类别	实验室名称	存在隐患	整改情况	整改责任人	整改完成时限
1	生物工程学院	教学	食品化学实验室	通风橱不工作	督促供货方维修更换	孙爱红	2023.5.31
2	生物工程学院	教学	灭菌室	无高压灭菌锅操作提示牌	订做中	孙爱红	2023.5.31
3	生物工程学院	教学	微生物接种与灭菌室	缺安全操作提示牌	订做中	孙爱红	2023.5.31
4	生物工程学院	教学	超临界萃取与离心室	缺安全操作提示牌	订做中	孙爱红	2023.5.31
5	生物工程学院	教学	全部实验室	缺用电安全提示牌	订做中	孙爱红	2023.5.31

6	电子信息工程学院		D1 楼道	一楼西工勤人员从应急电源接飞线；灭火器需更换；3、4楼西边楼梯口台面需维修	已联系后勤处维修	邓鹏	2023.3.26
7	电子信息工程学院	教学	D 栋	部分配电箱门需更换	已联系后勤处维修	邓鹏	2023.3.27
8	电子信息工程学院	教学	D11021 电子电工实验室	配电箱需维修	已联系后勤处维修	邓鹏	2023.3.28
9	电子信息工程学院	教学	D1204 电路原理实验室	电源与 203 办公室共线	已联系后勤处维修	邓鹏	2023.3.29
10	电子信息工程学院	教学	D1504 分布式新能源实验室	三相电压不对称	更换空气开关	邓鹏	2023.2.23
11	电子信息工程学院	教学	D1302 新能源发电实验室	需从楼道配电箱拉一电缆线到 D1302	已联系后勤处维修	邓鹏	2023.3.31
12	计算机工程学院	教学	软件技术及嵌入式应用开发训练中心	B5 栋三楼走廊供电总空开面板掉落	已联系后勤处维修	沈成涛	2023.3.24
13	化工与药学院	教学	A214 与 A215 药品室	排气扇损坏	维修或进行更换	卢鸣	2023.2.26
14	化工与药学院	教学、科研	化工实验楼 A 栋四楼顶	2 个风机风道粘胶老化出现裂口，存在下雨雨水进入风道情况	楼顶风机风道全都进行维修，加盖防雨布	杜俊拔	2023.2.17
15	通用航空学院	教学	材料成型实验室	墙上插座脱落	已经联系电工	郑琳	2023.2.24
16	文学与传媒学院	教学	视觉造型实验室	窗户玻璃爆裂，存在安全隐患	已报告后勤处，等待安装	苏百荣	2023.3.15
17	文学与传媒学院	教学	视听编辑实验室	窗户玻璃爆裂，存在安全隐患	已报告后勤处，等待安装	苏百荣	2023.3.15

18	艺术学院	教学	精细木工实训室	设备操作规程未上墙	已完成操作规程文字撰写并交广告公司制作	苏志鹏	2023.2.24
19	艺术学院	教学	3D模型打印实验室	制度未上墙	已完成操作规程文字撰写并交广告公司制作	李依然	2023.2.24
20	艺术学院	教学	音乐楼一楼	小升降平台确实保护罩	已经采购	吕荣丰	2023.2.24

序号	学院(部)	实验室类别	实验室名称	存在隐患	整改情况	整改责任人	整改完成时限
1	化工与药学院	教学、科研	A栋一楼	洗眼器水压不够	已完成整改	杜俊拔	2023.3.10
2	化工与药学院	教学、科研	准备室A209	矿泉水瓶装不明液体且无标签	已完成整改	卢鸣	2023.2.24
3	化工与药学院	教学、科研	药品室A313	配制药品信息不全	已完成整改	郝秀丽	2023.2.24
4	化工与药学院	教学、科研	无机合成实验室A501	实验台下柜子有三杯不明化学品且无标签	已完成整改	刘娥	2023.2.24
5	化工与药学院	教学、科研	B栋	GMP外空调无护栏	已完成整改	刘娥	2023.2.24
6	生物工程学院	教学、科研	医学大楼相关实验室	设备无安全操作提示；实验室缺相关安全标识	已完成相关内容设计制作，已联系文印公司订做	孙爱红	2023.5.31
7	生物工程学院	教学、科研	试剂库	管控试剂未分类存放	进一步清理相关药品试剂，严格按照学校危险源管理办法储存管理	孙爱红	2023.5.31

8	生物工程学院	教学、科研	花卉中心良种繁育实验室 522	管控化学品没有按照规定存放（双氧水、硝酸钾、硝酸铵）	进一步清理相关药品试剂，严格按照学校危险源管理办法储存管理	程文翰	2023.5.31
9	医学部	教学、科研	药品室	管控试剂未分类存放、使用记录需完善	进一步清理相关药品试剂，严格按照学校危险源管理办法储存管理；完善使用记录	夏鸿	2023.5.31
10	医学部	教学、科研	药品室	无监控	已完成整改	夏鸿	2023.3.9
11	医学部	教学、科研	B702 生理实验室	无急救包	已完成整改	夏鸿	2023.3.9
12	通用航空学院	教学、科研	G3 栋李萍萍实验室外	洗眼器水压不够	已联系水电科，购买水泵后维修处理	郑琳	2023.4.28
13	电子信息工程学院	教学、科研	G1105B	管控化学品没有按规定存放（硝酸钠）	已完成整改	邓鹏	2023.3.7
14	电子信息工程学院	教学、科研	G110 材料分析实验室	电线脱落，水电并线	已完成整改	邓鹏	2023.3.30