

荆楚理工学院实验室安全管理 工 作 简 报

2026 年第 2 期

实验室与国有资产管理处

2026 年 8 月 31 日

工作动态：

1.2026 年 5 月 14 日，在行政楼召开实验室建设与管理工作会议，完成新一轮校院两级实验室安全责任书签订工作。

2.2026 年 5 月 15 日，在易制毒化学品管理服务平台完成本学期易制毒化学品购买申请的提交与审核，本次申请涵盖食品与生物学院及新能源学院申购的硫酸、丙酮、三氯甲烷、盐酸等试剂共 23L，已与科大化工签订正式采购合同。

3.2026 年 5 月 18 日，印发《关于组织开展 2026 年度实验室安全检查工作的通知》，于 2026 年 6 月 3 日至 5 日组织开展集中安全检查，向智能制造学院、新能源学院、化工与制药学院、食品与生物学院等 7 个学院下发实验室安全隐患整改通知书，各学院均已按时完成全部整改工作。



4.2026 年 6 月 10 日，安排 4 人参与审计处组织的涉及食品与生物学院、医学院、化工与制药学院、智能制造学院等六个院部的实验室耗材及低值品库存监督盘点工作。

5.2026 年 6 月 14 日，完成学校实验室分级分类表更新工作。

6.2026 年 6 月 17 日，印发端午节假期实验室安全工作提示。

7.2026 年 6 月 18 日，印发危险化学品盘点工作通知，化工与制药学院、食品与生物学院、新能源学院、医工院等相关学院已于 7 月初完成全部盘点工作。

8.2026 年 7 月 13 日，在行政楼 A306 会议室召开 2027—2029 实验室建设项目库论证会，对 34 项教学科研类实验室建设项目开展汇报与论证研讨。



9.2026 年 7 月 14 日，印发《关于做好 2026 年春季学期实验室安全工作的通知》，部署推进各学院自查、学校抽查工作，已完成暑期开放实验室情况统计并上报省教育厅。

10.2026 年 7 月 16 日至 17 日，协同食品与生物学院、化工与制药学院等相关学院完成过期实验药品集中处置工作，实验废液已全部回收至危废站统一管理，待转运处置。

安全检查及整改情况：

1.2026 年年度实验室安全检查工作情况

本次检查共发现隐患 50 处，所有隐患均已制定整改措施，明确整改责任人及整改时限，确保隐患排查整改的闭环管理。具体情况如下：

序号	院系/单位	实验室类别(教学、科研)	实验室所在地（校区、楼宇、房间号）	存在隐患	整改情况	整改责任人	整改完成时限	备注
1	化工与制药学院	科研	化工实验楼 B213	旋蒸内有机废液未及时处理，存在试剂泄漏和中毒风险	处理有机残留废液，加强管理	彭佩	已整改	
2	化工与制药学院	科研	化工实验楼 B210、B204	实验结束后，电器插座未及时拔出，存在用电风险	拔出电器插头并强调用电安全	范伟伟	已整改	
3	化工与制药学院	科研	化工实验楼 B205	实验台面堆放外卖饮料垃圾，存在中毒风险	清理垃圾，并加强管理，严禁实验室内饮食	赵琳	已整改	

4	化 工 与 制 药 学 院	科研	化工实验楼 B204、 B205	废液桶未放置承托,存在试剂泄漏风险	配备承托	刘善培	已整改	
5	化 工 与 制 药 学 院	科研	化工实验楼 B102	存在易爆物品杀虫剂,存在爆炸风险	清除杀虫剂并强调危险隐患,加强实验室管理	毛学荣	已整改	
6	化 工 与 制 药 学 院	科研	化工实验楼 B211	玻璃仪器试剂瓶杂乱摆放,存在试剂泄漏和破损风险	购置二次承托,将玻璃仪器整理入框	廖洁	已整改	
7	人 工 智 能学院	教学	C1-401	阳台排水管道堵塞	已疏通	沈成涛	已整改	
8	师 范 学 院	教学	老图书馆 308	308舞蹈训练室把杆松动	已整改	康雄飞	已整改	
9	师 范 学 院	教学	老图书馆 402	402美术实训室顶灯漏电	已整改	康雄飞	已整改	
10	师 范 学 院	教学	老图书馆 603	603粉笔实训室顶灯脱落	已整改	康雄飞	已整改	
11	食 品 与 生 物 学 院	教学	医 C201	废液桶无托盘	已经放置托盘	董慧霞	已整改	
12	食 品 与 生 物 学 院	教学	医 C203	培养皿未清理,个别学生未穿实验服。	已经全部清理,未穿实验室学生已经提醒。	董慧霞	已整改	
13	食 品 与 生 物 学 院	教学	医 C501	实验物品摆放不整齐,卫生欠佳	已整改	王海芸	已整改	
14	食 品 与 生 物 学 院	教学	所有房间	实验室水阀开关未贴标识	已贴	陆云梅	已整改	
15	文 学 与 传 媒 学 院	教学	博园 201、301	未配备消防灭火器	已向保卫处申请配置	张运军	已整改	
16	文 学 与 传 媒 学 院	教学	旧图书馆 503	服务器和空调 24 小时未断电	安装气溶胶自动灭火装置	程飞	已整改	
17	新 能 源 学院	教学	G 栋三楼	楼顶积水造成三楼漏水。	已联系后勤对顶楼进行疏通	袁氢	已整改	

18	新 能 源 学 院	教 学 科 研	G1105A、G1105B	危化品实验室存放药品需要增加试剂柜，护目镜存在数量不足，部分老化的问题。	已购买试剂柜和护目镜	陈良哲	已整改	
19	新 能 源 学 院	教 学	D2204,D2203,D2104	之前的机柜隔间未使用，电源开关长时间打开，存在安全隐患。	后期实验室改建后解决	马雪芬	2026 年 12 月底	
20	新 能 源 学 院	教 学	D2 一楼、二楼	楼道灯的开关在实验室，不能关闭实验室总开关。	后期实验室改建后解决	马雪芬	2026 年 12 月底	
21	湖 北 省 荆 门 医 药 工 业 技 术 研 究 院	科 研	荆门化工循环产业园三号楼 A201	个别玻璃反应釜密封垫片轻微老化，存在微量渗漏风险	已更换新密封垫片，完成试压检漏，运行正常	曾旋旋	已整改	
22	湖 北 省 荆 门 医 药 工 业 技 术 研 究 院	科 研	荆门化工循环产业园三号楼 A203	试剂标签信息不全、库存台账不清、领用记录不完善	已补全试剂标签，更新库存台账，完善领用登记制度	黄焜	已整改	
23	湖 北 省 荆 门 医 药 工 业 技 术 研 究 院	科 研	荆门化工循环产业园三号楼 B413	部分试剂和设备没有按照规定摆放，实验室地面和实验台面需要清洁	已按规定规整摆放物品，完成地面、台面清洁整理	陈胤宏	已整改	
24	智 能 制 造 学 院	教 学	主校区 G2-308 材料基础实验室	电排插串联	重新布置	郑琳	已整改	
25	智 能 制 造 学 院	教 学	主校区 G2-310 金相准备实验室	实验室存放待报废资产	将不属于实验室的设备移走	郑琳	已整改	
26	智 能 制 造 学 院	教 学	主校区 G1-202B 航模制作中心	学生带早餐在实验室吃	提醒学生禁止在实验室吃东西	郑琳	已整改	

27	新 能 源 学 院	科研	主校区 G1-105B 药 品储藏实验室	药品柜上未 张贴药品清 单，固液混 放，未分类存 放。	整 理 药 品 柜，上固下 液，分类存 放，张贴药 品清单	邹云峰	已整改	
28	新 能 源 学 院	科研	主校区 G1-105A 药 品储藏实验室	真空干燥箱 不适合存放 在此实验室	将真空干燥 箱搬到其它 实验室	邹云峰	已整改	
29	新 能 源 学 院	教学	主校区 G1-204 智能 包装器件实验室	仪器设备缺 少操作规范 上墙	制作操作规 范并张贴上 墙	邹云峰	已整改	
30	新 能 源 学 院	科研	主校区 G1-205A 功 能性印刷包装材 料与器件实验室	试剂架上存 放试剂过多， 没有试剂储 存柜。	配备试剂存 储柜，上固 下液分类存 放	邹云峰	已整改	
31	新 能 源 学 院	教学	主校区 D1503 新能 源材料与器件综 合实验室 1	1. 气相色谱 仪使用率低 2. 药品柜缺 少药品清单， 且固液混放	1. 提高设备 使用率。 2. 清理药品 柜，上固下 液，分类存 放，张贴药 品清单	邹云峰	已整改	
32	新 能 源 学 院	科研	主校区 D1502 新能 源材料与器件综 合实验室 2	放置 X 射线 衍射仪的隔 间缺少门牌	门口挂上门 牌	邹云峰	已整改	
33	新 能 源 学 院			学生参与科 研项目无准 入考核资料。	完善落实科 研项目准入 考核	邹云峰	已整改	
34	化 工 与 制 药 学 院	科研	主校区化 B104 试剂 室	1. 防爆冷柜 上无药品清 单 2. 防爆冰箱 闲置（2023）	清 理 药 品 柜，张贴药 品清单。防 爆冰箱利用 起来。	卢鸣	已整改	
35	化 工 与 制 药 学 院	科研	主校区化 B102 临床 急需药物研究实 验室-1	1. 试剂柜固 液混放。 2. 玻璃器皿 里遗留实验 废液长时间 放置未处理。	1. 清理药品 柜，上固下 液，分类存 放。 2. 实验完成 及时处理实 验废液，清 洗容器	卢鸣	已整改	
36	化 工 与 制 药 学 院	科研	主校区化 B108 重点 实验室仪器室	1. 仪器设备 使用率低 2. 实验室安	1. 提高设备 使用率。 2. 增加实验	卢鸣	已整改	

				全检查记录频次不够	室安全检查记录频次，做到实验结束必巡。			
37	化工与制药学院	科研	主校区化 B211 药物绿色合成实验室	过期药品未及时处理	处理过期药品	卢鸣	已整改	
38	化工与制药学院	科研	主校区化 B205-1 临床急需药物研究实验室-2	1. 过期药品未及时处理 2. 废液桶里废液太满，超过了 3/4	1. 尽快处理过期药品 2. 废液桶废液不超过 3/4, 达到更换新桶。	卢鸣	已整改	
39	化工与制药学院	-	-	应急喷淋装置未维护	经常对喷淋装置进行维护并有检查记录	卢鸣	已整改	
40	化工与制药学院	-	-	冰箱内存放物品标识不明确	标识清楚名称、使用人、日期。	卢鸣	已整改	
41	艺术学院	教学	主校区艺术大楼地 102 精细木工实训室	消防器材近一年无检查记录	按月检查消防器材，并填写记录。	范维权	已整改	
42	食品与生物学院	-	-	1. 仪器设备运行记录本未及时填写使用记录 2. 实验室安全检查记录检查频次不够。	使用完及时填写运行记录，加大实验室检查频次做好记录	陆云梅	已整改	
43	食品与生物学院	教学	主校区医学实训大楼 C405 原子荧光与原子吸收室	气瓶柜未接电，不能排风并监测报警。	气瓶柜连接电源	陆云梅	已整改	
44	食品与生物学院	教学	主校区医学实训大楼 A507 分子生物学准备室	冰柜里有一个可乐瓶，未撕原标签，装有无名液体，未贴标签	撕掉原标签，张贴新标签，注明名称、日期和人员	陆云梅	已整改	
45	食品与生物学院	科研	主校区医学实训大楼 A505 植物生理实验室	1. 学生未穿实验服 2. 冰箱里装有药品，未张贴药品清单	1. 督促学生进实验室必须穿上实验服 2. 张贴药品	陆云梅	已整改	

					清单			
46	食 品 与 生 物 学 院	科研	主校区医学实训大 楼 A5 药品室	易制爆试剂 未存入专用 柜,与普通试 剂混放(违反 检 查 要 点 149)	易制爆化学 品存放在专 用 储 存 柜 内,双人双 锁。	陆云梅	已整改	
47	湖 北 省 荆 门 医 药 工 业 技 术 研 究 院	科研	循环产业园 3 号楼 B403 化学实验室	有氢气气瓶, 未安装可燃 气体报警器	安装可燃气 体报警器	王勇	已整改	
48	湖 北 省 荆 门 医 药 工 业 技 术 研 究 院	-	-	违规使用饮 料瓶存放试 剂且未去除 原包装纸	撕掉原标 签,张贴新 标签,注明 名称、日期 和人员	王勇	已整改	
49	湖 北 省 荆 门 医 药 工 业 技 术 研 究 院	-	-	冰箱内存放 物品标识不 明确	标识清楚名 称、使用人、 日期。	王勇	已整改	
50	产 业 研 究 院	科研	科创城 308 分子育 种实验室	超低温冰箱 无防冻手套, 门上无储物 分区标识	配备防冻手 套,储物分 区标识	范淑芳	已整改	

2.2026 年春季学期期末实验室安全检查情况

本次检查共发现隐患 8 处,所有隐患均已制定整改措施,
明确整改责任人及整改时限,确保隐患排查整改的闭环管理。
具体情况如下:

序号	学院（平台）	实验室类别（教学、科研）	实验室名称及所在地（具体到房间）	存在隐患	整改措施	整改责任人	整改完成时限	备注
1	化工与制药学院	教学	无机实验室 A212	水槽水阀无法关闭	联系师傅维修并更换水阀	卢鸣	已整改	
2	化工与制药学院	教学	有机实验室 A202	部分台面通风厨无电	联系师傅维修	卢鸣	已整改	
3	化工与制药学院	教学	吸收实验室 A103	二氧化碳减压阀损坏	联系更换减压阀	卢鸣	已整改	
4	湖北省荆门医药工业研究院	科研	循环产业园 B416	实验台面物品摆放杂乱、规整度不足；化学试剂标签信息填写不完整、标注不规范，不符合化学品精细化管理要求。	严格遵照国家化学品安全管理规范，全面整理实验台面，分类规整实验器材、耗材及试剂；统一规范化学试剂标签填写标准，补齐试剂名称、浓度、配制日期、责任人等关键信息，实现试剂标准化、规范化管理。	许方亮	已整改	
5	湖北省荆门医药工业研究院	科研	循环产业园 B414	实验台面物品摆放杂乱；化学试剂领用登记台账记录不全、信息缺失，溯源管理不规范。	严格依据国家化学品管理相关规范，清理规整实验台面，做到物品分类摆放、整洁有序；完善化学试剂领用、归还登记制度，补全台账缺失信息，规范试剂全流程溯源管理。	许方亮	已整改	

6	湖北省荆门市医药工业技术研究院	科研	循环产业园 A203	实验室地面、台面仪器设备摆放杂乱无序，整体环境卫生及物品规整度不达标。	全面开展实验室环境卫生整理工作，对落地设备、台面仪器、实验耗材进行分类归位、整齐摆放，落实实验室常态化整洁规范管理。	黄焜	已整改	
7	湖北省荆门市医药工业技术研究院	科研	循环产业园 A202	实验室地面、台面仪器设备堆放杂乱，物品摆放不规整，实验室标准化管理不到位。	严格按照实验室标准化管理要求，全面清理整理实验区域，规整各类仪器设备、实验用品，做到摆放有序、分区明确，保持实验室环境整洁规范。	黄焜	已整改	
8	新能源学院	教学	D1102	墙面插板松动	重新安装	邹云峰	已整改	